

标的 10 补充说明

(一) 气相色谱质谱联用仪参数补充

一、质谱部分

- 1、质谱与气相色谱须相同品牌
- 2、灵敏度：1pg，八氟萘 OFN ， m/z 272， S/N \geq 1800。
- 3、具有双柱双流路系统 (Twin Line system)，两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。

二、气相色谱部分

- 1、需配自动进样器单元
- 2、进样口可设置分流/不分流模式，更换垫片等便捷
- 3、1 根 5%苯基-甲基硅氧烷毛细管柱 (60m*0.25mm*0.25 μ m)

三、电脑

操作电脑及其配件等

(二) 两台气相色谱仪参数补充说明

- 1.气相色谱仪两台，均配有 氢火焰离子化检测器 (FID) 一套及进样系统，TVOC 专用柱。
- 2.配件：氢气发生器一台，空气发生器一台，工作电脑一台。

注：两台均需进口设备